

INDIKATOR GmbH · Wilhelm-Muthmann-Str. 15 · 42329 Wuppertal

NANODIS GmbH & Co KG
Gewerbegebiet am Betonwerk 35
18356 Barth
Deutschland

Analysenbericht: 2023-00843 / 16.02.2023

Eingangsdatum: 15.02.2023

Ende der Bearbeitung: 16.02.2023

Auftrag: Kolloide

Bemerkung: keine

Analysenprinzip: Quantitative Bestimmung gemäß DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)
Bestimmung von 62 Elementen durch ICP-MS.
Verwendung von Rhodium und Rhenium als Interne Standards -
Kalibrierung des ICP-MS mittels Multielementstandards.

Probenvorbereitung: Zugabe des Internen Standards (Rhodium und Rhenium).

Unterschrift:



Geschäftsführer

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf das angelieferte Material. Bei Veröffentlichung muss dieser Analysenbericht vollständig veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung könnte den Inhalt des Analysenberichtes verfälschen und bedarf der schriftlichen Genehmigung

Seite 1 von 2, Analysebericht vom 16.02.2023

INDIKATOR GmbH

Wilhelm-Muthmann-Straße 15
42329 Wuppertal
GERMANY

Telefon
+49(0)202-2641085
Telefax
+49(0)202-2641086

E-Mail
info@indikator-labor.de
www.indikator-labor.de

Geschäftsführer
Martin Duve
Janek Jungkeit

Handelsregister
AG Wuppertal HRB 7721

Bankverbindungen
Stadtparkasse Wuppertal
IBAN: DE37 3305 0000 0000 4652 11
BIC: WUPSD33XXX
Volksbank im Bergischen Land eG
IBAN: DE89 3406 0094 0008 3021 01
BIC: VBRSD33XXX

Akkreditiert: DIN EN ISO/IEC 17025



Proben-Nr. Intern: 2023-00843-001 Proben-Nr. Kunde: AG 50ppm

<i>Parameter</i>	<i>Messwert</i>	<i>Bestimmungs- grenze</i>	<i>Einheit</i>
Ag	58	1	mg/l

